

产品说明书

普通切片-三标四色免疫荧光（染色+扫描+分析）

货号：HL-service-8-3

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 普通切片-三标四色免疫荧光（染色+扫描+分析）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 服务介绍   | 检测原理：酪胺信号放大(TSA， Tyramide signal amplification)技术是一类利用辣根过氧化物酶（HRP）对靶 蛋白进行标记的酶学检测方法，类似常规免疫组化的 DAB 显色方法， TSA 技术同的"显色"步骤（HRP 催化加入反应体系的酪胺荧光素底物，产生活化荧光底物，活化底 物可与抗原上的酪氨酸等残基共价结合，使样品上稳定的共价结合酪胺荧光素。之后用热修复法或者抗体 HRP 复合物，重复下一种一抗-hrp 二抗来第二轮孵育，换另一种酪胺荧 光素底物，如此往复就可实现多重标记。                                                                                 |
| 送样运输要求 | 送样运输要求：1、石蜡切片样本离体后将样本放于口径大于样本直径的管中，组织固定液（推荐使用货号RCF-02）必须高于组织表面，多于组织体积4-10倍。样本离体0.5h内必须放入固定液内行取材，常温保存和运输。2、冰冻切片固定组织的冰冻切片，常温运输（如果夏天温度太高可以在运输时垫少量冰袋）；新鲜组织的冰冻切片于冰运输和-20℃保存；如您的冰冻样本需要做自 裹或其他避光方式。3、细胞爬片细胞爬片送样前，先用4%多聚甲醛固定15min，然后加入占孔体积的2/3PBS，注意PBS需要覆盖样本，4℃运输和保存。4、荧光四标以上只能做石蜡包埋切片 择注意事项：1、如样本是石蜡切片或冰冻切片，应选择适用于IHC的一抗；2、如样本是细胞爬片，应选择适用于ICC/IF的一抗。 |
| 实验流程   | 简要流程：（详细操作步骤请参见技术文档——多重免疫荧光实验流程） <div></div> <div>以下是使用慧蓝生物多重荧光染色Plus试剂盒成像示例：</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注意事项   | 一抗选择注意事项： 1、如样本是石蜡切片或冰冻切片，应选择适用于IHC的一抗； 2、如样本是细胞爬片，应选择适用于ICC/IF的一抗。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 产品介绍   | 分析内容：<br>总细胞数、各指标阳性细胞数、各指标阳性率、共标阳性细胞数、共标阳性细胞率<br>分析注意事项：<br>1.全景分析或截图分析（两者选其一，截图控制在三张内，多的额外收费（根据指标及截图数量计费），截图请提供示例）；<br>2. 若分析结果因主观原因需要调整，费用另算；<br>3. 有特殊分析要求请提前沟通，费用另算。                                                                                                                                                                       |

For research use only！

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317， 邮箱：469340997@qq.com